



**ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
COMISSÃO DE LICITAÇÃO**

1ª ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2018 SMS

Aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de 2019, às 14h:00min, na Sala da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Maricá, reuniu-se, sob a coordenação da Pregoeira Flávia Maria Nogueira Mattos estando presentes os membros, Jorel Félix da Silva, Luciana dos Santos Silva Duarte, Fátima Maria Cordeiro de Souza, Victor Andrade de Silveira, Vinícius Moro da Mata, Marília Nogueira Gil, , Luiz Fernando da Costa Azevedo, Luiz Eduardo Jacques Francisco e Thatia Correa Schmildt,, para proceder à realização do Pregão Presencial n.º 31/2018, autorizado no presente processo, pela lavra do Ordenador de Despesa, conforme folhas _____. Compareceram ao certame as empresas IMEX MEDICAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA representada pelo Sr.º José Carlos Torreira Pose e PHILIPS MEDICAL SYSTEM LTDA representada pelo Sr.º Allan machado de Souza, ambas devidamente credenciadas conforme documentos apensados aos autos. Em prosseguimento, foram abertos os envelopes contendo as propostas de preço. Os valores ofertados são os que seguem:

ITEM	VALOR UNIT	IMEX MEDICAL	PHILIPS MEDICAL
1	1	R\$ 600.000,00	R\$ 599.000,00
2	2	R\$ 300.000,00	R\$ 313.696,10

Após conferência e vistas dos representantes a sessão foi suspensa para fins de análise técnica da marca dos materiais ofertados, pelo responsável indicado pela secretaria requisitante. O os envelopes contendo as documentações de habilitação permaneceram lacrados e rubricados e a sessão foi suspensa para o dia 07/05/2019 às 14h00min. Cabe ressaltar que o representante da empresa PHILIPS MEDICAL SYSTEM LTDA pediu que constasse em Ata as seguintes observações em relação ao item 01, referente à empresa IMEX MEDICAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA: a distância do foco no edital pede a 98cm ou superior e na proposta apresentada pela empresa supracitada foi apresentado 97cm; o gerador de Raio-x contenção variável de no mínimo 40 a 120 KV, na proposta da empresa consta de 40 a 110 KV; capacidade de dissipação de envólucro o edital solicita 1.600.000 HU, a empresa IMEX MEDICAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA apresenta 19.000 HU; armazenamento de imagem o edital solicita capacidade mínima de 8.000 imagens ou superior, a empresa IMEX MEDICAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA apresenta 150, com opcional de até 5.000 imagens. Referente ao item 02, o representante da empresa PHILIPS MEDICAL SYSTEM LTDA pediu que constasse em ata referente à

empresa IMEX MEDICAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA: distância do foco de imagem o edital pede mínimo de 98 cm, a empresa apresenta 95cm em sua proposta; fluoroscopia pulsada o edital solicita de 40 a 110 KV e 0.2 a 6 mA, a empresa apresenta mínimo de 1.5. Ato contínuo, o representante da empresa IMEX MEDICAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA solicitou que constasse em ata que não encontrou a especificação de distância de foco filme em ambos os itens, no que tange à proposta da empresa PHILIPS MEDICAL SYSTEM LTDA. Bem como, em relação ao item 01 o edital pedia armazenamento de 8.000 e no da empresa acima citada consta armazenamento de 2.000; a capacidade de dissipação de envólucro o edital solicita 1.600.000 HU, e na proposta da empresa consta 76.000. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão e, para constar, a presente ata que, após lida e acatada e vai assinada pelo Pregoeira, Equipe de apoio e Licitante presente.

FLÁVIA MARIA NOGUEIRA MATTOS

Pregoeira

Maricá, 26 de abril de 2019.

Membros da Equipe de Apoio	
JOREL FÉLIX DA SILVA membro	LUCIANA DOS SANTOS SILVA DUARTE membro
FATIMA MARIA CORDEIRO DE SOUZA membro	VICTOR ANDRADE DE SILVEIRA membro
VINICIUS MORO DA MATA membro	MARILIA NOGUEIRA GIL Membro
THATIA CORREA SCHMILDT membro	LUIS FERNANDO DA COSTA AZEVEDO membro
LUIZ EDUARDO JACQUES FRANCISCO membro	
EMPRESAS PARTICIPANTES	
IMEX MEDICAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA representada pelo Sr.º José Carlos Torreira Pose	
PHILIPS MEDICAL SYSTEM LTDA representada pelo Sr.º Allan machado de Souza	