

## Pregão/Concorrência Eletrônica

985853.422022 .10301 .4356 .33904922220



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA RJ

### Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00042/2022

Às 10:00 horas do dia 10 de agosto de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 18/2023 de 13/01/2023, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 5397/2022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00042/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de equipamento/material permanente, em atendimento a emenda parlamentar - cama hospitalar fawler. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1****Descrição:** Cama Hospitalar

**Descrição Complementar:** Cama Hospitalar Material: Aço Inoxidável , Componentes: Cabeceira E Peseira Removíveis Plástico , Dimensão: Cerca De 2,00 X 0,90 M, Características Adicionais 01: Grades Escamoteáveis , Capacidade De Carga: Até 300 KG, Componentes 01: Altura Regulável, Bateria Recarregável , Rodas: Rodízios C/ Freios , Tipos De Acionamento: Controle Remoto , Tipo: Elétrica , Características Adicionais: Trendlemburg, Fowler E Reverso

**Tratamento Diferenciado:** - (Item Participação Aberta)**Quantidade:** 60**Valor Estimado:** R\$ 851.507,4000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** D AQUINO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 619.740,0000 .**

**Item: 2****Descrição:** Cama Hospitalar

**Descrição Complementar:** Cama Hospitalar Material: Aço Inoxidável , Componentes: Cabeceira E Peseira Removíveis Plástico , Dimensão: Cerca De 2,00 X 0,90 M, Características Adicionais 01: Grades Escamoteáveis , Capacidade De Carga: Até 300 KG, Componentes 01: Altura Regulável, Bateria Recarregável , Rodas: Rodízios C/ Freios , Tipos De Acionamento: Controle Remoto , Tipo: Elétrica , Características Adicionais: Trendlemburg, Fowler E Reverso

**Tratamento Diferenciado:** Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP/Equiparada (Cota Exclusiva do item 1)**Quantidade:** 20**Valor Estimado:** R\$ 283.835,8000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** D AQUINO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 232.650,0000 e com valor negociado a R\$ 206.580,0000 .**

**Histórico****Item: 1 - Cama Hospitalar****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.987.265/0001-98	VALLITECH INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS METALICOS LTDA	Não	Não	60	R\$ 13.800,0000	R\$ 828.000,0000	09/08/2023 17:41:59

**Marca:** VALLITECH  
**Fabricante:** VALLITECH  
**Modelo / Versão:** VLT-900

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cama Hospitalar tipo Fawler elétrica Estrutura em tubo de aço com tratamento antioxidante e acabamento com pintura em epóxi pó ou material superior. Comprimento leito total de no MÍNIMO 219CM e com extensor de no mínimo 25cm, largura geral mínima de até 110cm; altura mínima de até 38cm, altura máxima elevação de 85cm. Movimentos: fawler, semi-fawler, sentado, panturrilha, flexão de joelhos, vascular, cardíaco, elevação do leito, trendlemburguer e reverso com ângulo de inclinação de até 14º. Grades escamoteáveis bipartidas com amortecedores, grades laterais, cabeceira, peseiras removíveis fabricadas em polietileno ou material compatível. Acionamento através de membrana localizada nas grades e peseiras. Rodízios duplos de no mínimo 4" com travamento em 3 posições: totalmente livre, totalmente bloqueado e direcional (travando 1 dos rodízios), para auxiliar na manobrabilidade da cama em linha reta/corredores, com dois pedais de ambos os lados da cama para acionamento dos freios localizados nos pés ou cabeceira da cama. Capacidade de carga de no mínimo 250Kg. CPR acionado por botão de acionamento elétrico, alavanca manual para CPR/PCR localizada nas partes do meio ou inferiores da cama, facilitando de forma importante seu acionamento em casos emergenciais. Certificação contra entrada de líquidos com indicação de grau de proteção mínima de IPX4. Acompanha colchão compatível com densidade de 28. Vida útil da bateria de no mínimo 3 anos. Garantia mínima de 12 meses a partir da entrega; Deverá apresentar junto a proposta de preço documento que

conste explicitamente a marca e o modelo do Item ofertado, além do número de Regularização do Produto junto à ANVISA. Apresentar certificação no INMETRO.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

09.399.842/0001-32	SMARTHECNOLOGY COMERCIO E ASSISTENCIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Sim	Sim	60	R\$ 14.000,0000	R\$ 840.000,0000	07/08/2023 16:32:06
<p><b>Marca:</b> LEVITA <b>Fabricante:</b> LEVITA <b>Modelo / Versão:</b> LV198 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cama Hospitalar Material: Aço Inoxidável , Componentes: Cabeceira E Peseira Removíveis Plástico , Dimensão: Cerca De 2,00 X 0,90 M, Características Adicionais 01: Grades Escamoteáveis , Capacidade De Carga: Até 300 KG, Componentes 01: Altura Regulável, Bateria Recarregável , Rodas: Rodízios C/ Freios , Tipos De Acionamento: Controle Remoto , Tipo: Elétrica , Características Adicionais: Trendelemburg, Fowler E Reverso <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
02.377.937/0001-06	R.C - MOVEIS LTDA	Não	Não	60	R\$ 14.000,0000	R\$ 840.000,0000	09/08/2023 14:38:08
<p><b>Marca:</b> Própria conf. 5.11.2 <b>Fabricante:</b> Própria conf. 5.11.2 <b>Modelo / Versão:</b> Própria conf. 5.11.2 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Leito: Confeccionado em chapa de aço carbono, dotado de reforço com estrutura interna, dividido em quatro seções e articulado. Base: Confeccionada em tubos de aço carbono, revestida parcialmente com carenagem em material termoplástico de alta resistência a impactos. Estrutura: Confeccionada em tubos de aço carbono, dotado de para-choque em PVC nos quatro cantos da cama e mecanismo com sistema reforçado com materiais de alta qualidade e resistência para movimentação e sustentação do leito. Grades Laterais: Confeccionada em material termoplástico tipo polietileno de alta resistência injetado, com indicadores de ângulo (dorso, trendelemburg, trendelemburg reverso), sendo conjunto formado dois pares cobrindo toda extensão lateral da cama com articulação retrátil e independentes sustentadas por cilindros pneumáticos com acionamento fácil e rápido por leve toque e pressão e recolhimento total sob o leito, com amortecimento e trava de segurança facilitando a transferência e o acesso do paciente. Cabeceira e Peseira: Confeccionada em material termoplástico tipo polietileno de alta resistência injetado, com travas de segurança, sendo removíveis. Movimentos: Obtidos através de motores elétricos acionados através de controle remoto a fio, proporcionando os movimentos fawler, semi-fawler, cabeceira, sentado, cardíaco, vascular, flexão de joelhos, panturrilha, Função CPR elétrico e mecânico acionado através de alavancas nas laterais da cama, auto contorno, elevação de altura, trendelemburg (14°), reverso de trendelemburg (14°) e descanso de pernas por cremalheiras. Rodízios Giratórios: De 4" duplos, com travamento em três posições (totalmente livre, totalmente bloqueado e direcional (travando um dos rodízios), com dois pedais em ambos os lados da cama para acionamento dos freios localizados nos pés da cama. Acabamento: Em pintura eletrostática a epóxi-pó com anterior tratamento anti-ferruginoso, antioxidante, secagem em estufa. Dimensões Gerais: 110cm (L). Dimensões Totais do Leito: 219cm (C). Dimensões com Extensor de Leito: 25cm (C). Altura: min.: 38cm e max.: 85 cm (A). Capacidade: 250 kg. Acessórios Inclusos: &amp;#61692; Colchão Hospitalar compatível com as dimensões da cama, na densidade D33, sendo revestido em courvim; &amp;#61692; Bateria com vida útil de 3 (três) anos; Características Elétricas: &amp;#61692; Alimentação Elétrica Bivolt Automática (100- 240V) &amp;#61692; Classe II: IEC-60601-1 / IEC 60601-2-52 &amp;#61692; Grau de proteção: IPX4/ IP66 &amp;#61692; Motores e Caixas de comando blindados, resistente a água, poeira e outros resíduos; &amp;#61692; Produto Certificado pelo INMETRO Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias Garantia: 12 (doze) meses Marca: Própria (Não será mencionado afim de atender ao item 5.11.2) Modelo: Próprio (Não será mencionado afim de atender ao item 5.11.2) ANVISA: Possui (Não será mencionado afim de atender ao item 5.11.2) <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>							
00.017.436/0001-93	DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR HOSPIMETAL LTDA	Sim	Sim	60	R\$ 14.100,0000	R\$ 846.000,0000	09/08/2023 15:28:02
<p><b>Marca:</b> HOSPIMETAL <b>Fabricante:</b> HOSPIMETAL <b>Modelo / Versão:</b> HM.2002C <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> HM.2002 C - CAMA FAWLER 4 MOTORES, CAB./PESEIRA E GRADES INJETADAS EM POLIETILENO, CONTROLE DIGITAL. CABECEIRA E PESEIRA: Removíveis (sem o uso de ferramentas), estruturada nas laterais em material injetado em polietileno, com áreas de pega vazadas para proteção das mãos e transporte pela equipe de enfermagem. CHASSI: base construída em perfis de tubo de aço retangular 50 x 30 x 1,5 mm, com pés recuados, tampo em material termoplástico de alta resistência. ESTRUTURA DO ESTRADO: Construída em chapa de aço 3,2 mm de espessura, perfilados em U. ESTRADO: Articulado em 4 seções, com estrutura rígida em chapa de aço 1,5mm, possibilitando os movimentos Fawler, Semi-Fawler, Trendelemburg em 14°, Reverso do Trendelemburg em 14°, Sentado, Dorso, Joelhos/Flexão de Pernas, Panturrilha, Cardíaca, Vascular e Elevação do leito. MOTORES: Quatro motores elétricos, blindados, resistente à água, poeira e outros resíduos, sendo 2 instalados sob o estrado e 2 instalados na base, dotados de fim de curso, para proteção, blindados, tensão principal 110/220 volts – 50/60 Hz, e tensão secundária 24 volts – 2 A, - com unidade de bateria 24 V – 1,2 Ah, recarregável, para acionamento dos movimentos na ausência de energia elétrica, com autonomia de até horas. Vida útil da bateria de 3 (três) anos. GRADES LATERAIS: Dois pares de grades laterais articuláveis e retráteis, sendo um par no dorso e um par na perna, de atuação independente, estruturada de alta resistência em polietileno injetado, com movimentação pelo sistema de pistão, permitindo que fiquem acima e abaixo da cama, com trava de segurança, e sistema de embuti-las sob o leito, espaçamento entre as grades de acordo com as normas do INMETRO. CONTROLE DIGITAL COM TECLADO DE MEMBRANA BLINDADOS: 2 localizados nas 2 grades laterais existentes no dorso da cama, com acionamento interno e externo, 1 localizado na peseira com controle geral dos movimentos da cama inclusive travamento dos movimentos, PCR elétrico e Trendelemburg com um único toque de comando. PARA-CHOQUE: Para-choque de borracha nos 04 cantos da cama para proteção de parede. RODÍZIOS: Duplos com diâmetro de 4" com banda de rodagem condutiva em poliuretano, com sistema de movimento/freio acionado por um único pedal, colocado em dois lados da base da cama, permitindo o movimento livre dos 4 rodízios em todas as direções, podendo direcionar 2 rodízios para longos cursos e travar os 4 rodízios, impedindo que a cama se movimente. Indicador luminoso de acionamento de freio na membrana supervisora. PINTURA: Todas as peças metálicas possuem tratamento antiferruginoso, a base de fosfato de zinco, e acabamento em pintura eletrostática a pó em resina epóxi-poliéster, polimerizado em estufa por 30 minutos a 230 C, de excelente resistência química e mecânica. CAPACIDADE: 250 kg. Indicador de ângulo. Alívio mecânico. DIMENSÕES: Externas: 2,25 m x 1,10m. Internas: 1,90 x 0,90 m Altura ajustável de 0,38 até 0,85m. ANVISA: 80172580001 ACOMPANHA: &amp;#61607; Extensão do leito manual, localizado na peseira da cama, em até 25cm. &amp;#61607; CPR Mecânico, para procedimentos de emergência e ressuscitação cardio-pulmonar, acionados através de alavanca lateral em ambos os lados cama, abaixo do leito, com sistema de amortecimento em sua queda. &amp;#61607; Colchão de espuma, densidade 28, revestido em courvin lavável e impermeável, de acordo com as dimensões do leito da cama. Marca/Fabricação: Hospimetal Procedência: Nacional Garantia: 12 (Doze) meses Grau de proteção contra água, respingos, IPX4. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
13.719.523/0001-34	CLARO MED EQUIPAMENTOS	Sim	Sim	60	R\$ 14.190,0000	R\$ 851.400,0000	02/08/2023 15:02:15

MEDICO  
HOSPITALAR LTDA

**Marca:** LEVITA  
**Fabricante:** LEVITA  
**Modelo / Versão:** LV198PE

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cama Hospitalar tipo Fawler elétrica Estrutura em tubo de aço com tratamento antioxidante e acabamento com pintura em epóxi pó ou material superior. Comprimento leito total de no MÍNIMO 219CM e com extensor de no mínimo 25cm, largura geral mínima de até 110cm; altura mínima de até 38cm, altura máxima elevação de 85cm. Movimentos: fawler, semi-fawler, sentado, panturrilha, flexão de joelhos, vascular, cardíaco, elevação do leito, trendlemburguer e reverso com ângulo de inclinação de até 14º. Grades escamoteáveis bipartidas com amortecedores, grades laterais, cabeceira, peseiras removíveis fabricadas em polietileno ou material compatível. Acionamento através de controle remoto a fio ou membrana localizada nas grades e peseiras Rodízios duplos de no mínimo 4" com travamento em 3 posições: totalmente livre, totalmente bloqueado e direcional (travando 1 dos rodízios), para auxiliar na manobrabilidade da cama em linha reta/corredores, com dois pedais de ambos os lados da cama para acionamento dos freios localizados nos pés ou cabeceira da cama. Capacidade de carga de no mínimo 250Kg. CPR acionado por botão de acionamento elétrico, alavanca manual para CPR/PCR localizada nas partes do meio ou inferiores da cama, facilitando de forma importante seu acionamento em casos emergenciais. Certificação contra entrada de líquidos com indicação de grau de proteção mínima de IPX4. Acompanha colchão compatível com densidade mínima de 28. Vida útil da bateria de no mínimo 3 anos. - Garantia mínima de 12 meses a partir da entrega; - Deverá apresentar junto a proposta de preço documento que conste explicitamente a marca e o modelo do Item ofertado, além do número de Regularização do Produto junto à ANVISA; - Apresentar certificação no INMETRO.

**Porte da empresa:** ME/EPP

15.631.700/0001-51	216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Sim	Sim	60	R\$ 14.191,0000	R\$ 851.460,0000	01/08/2023 11:32:16
--------------------	------------------------------	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

**Marca:** RENOVAR  
**Fabricante:** RENOVAR  
**Modelo / Versão:** RENOVAR

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cama Hospitalar tipo Fawler elétrica Estrutura em tubo de aço com tratamento antioxidante e acabamento com pintura em epóxi pó ou material superior. Comprimento leito total de no MÍNIMO 219CM e com extensor de no mínimo 25cm, largura geral mínima de até 110cm; altura mínima de até 38cm, altura máxima elevação de 85cm. Movimentos: fawler, semi-fawler, sentado, panturrilha, flexão de joelhos, vascular, cardíaco, elevação do leito, trendlemburguer e reverso com ângulo de inclinação de até 14º. Grades escamoteáveis bipartidas com amortecedores, grades laterais, cabeceira, peseiras removíveis fabricadas em polietileno ou material compatível. Acionamento através de controle remoto a fio ou cabeceira da cama. Capacidade de carga de no mínimo 250Kg. CPR acionado por botão de acionamento elétrico, alavanca manual para CPR/PCR localizada nas partes do meio ou inferiores da cama, facilitando de forma importante seu acionamento em casos emergenciais. Certificação contra entrada de líquidos com indicação de grau de proteção mínima de IPX4. Acompanha colchão compatível com densidade mínima de 28. Vida útil da bateria de no mínimo 3 anos. - Garantia mínima de 12 meses a partir da entrega; - Deverá apresentar junto a proposta de preço documento que conste explicitamente a marca e o modelo do Item ofertado, além do número de Regularização do Produto junto à ANVISA; - Apresentar certificação no INMETRO.

**Porte da empresa:** ME/EPP

35.797.639/0001-24	DESTAK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	60	R\$ 14.191,0000	R\$ 851.460,0000	09/08/2023 15:52:38
--------------------	---	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

**Marca:** MINAS INDUSTRIA  
**Fabricante:** MINAS INDUSTRIA

**Modelo / Versão:** CAMA FAWLER PARA UTI RECUPERAÇÃO - MINAS INDÚSTRIA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER ELÉTRICA ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIOXIDANTE E ACABAMENTO COM PINTURA EM EPÓXI PÓ OU MATERIAL SUPERIOR. COMPRIMENTO LEITO TOTAL DE NO MÍNIMO 219CM E COM EXTENSOR DE NO MÍNIMO 25CM, LARGURA GERAL MÍNIMA DE ATÉ 110CM; ALTURA MÍNIMA DE ATÉ 38CM, ALTURA MÁXIMA ELEVAÇÃO DE 85CM. MOVIMENTOS: FAWLER, SEMI-FAWLER, SENTADO, PANTURRILHA, FLEXÃO DE JOELHOS, VASCULAR, CARDÍACO, ELEVAÇÃO DO LEITO, TRENDLEMBURGUER E REVERSO COM ÂNGULO DE INCLINAÇÃO DE ATÉ 14º. GRADES ESCAMOTEÁVEIS BIPARTIDAS COM AMORTECEDORES, GRADES LATERAIS, CABECEIRA, PESEIRAS REMOVÍVEIS FABRICADAS EM POLIETILENO OU MATERIAL COMPATÍVEL. ACIONAMENTO ATRAVÉS DE CONTROLE REMOTO A FIO OU MEMBRANA LOCALIZADA NAS GRADES E PESEIRAS. RODÍZIOS DUPLOS DE NO MÍNIMO 4" COM TRAVAMENTO EM 3 POSIÇÕES: TOTALMENTE LIVRE, TOTALMENTE BLOQUEADO E DIRECIONAL (TRAVANDO 1 DOS RODÍZIOS), PARA AUXILIAR NA MANOBRABILIDADE DA CAMA EM LINHA RETA/CORREDORES, COM DOIS PEDAIS DE AMBOS OS LADOS DA CAMA PARA ACIONAMENTO DOS FREIOS LOCALIZADOS NOS PÉS OU CABECEIRA DA CAMA. CAPACIDADE DE CARGA DE NO MÍNIMO 250KG. CPR ACIONADO POR BOTÃO DE ACIONAMENTO ELÉTRICO, ALAVANCA MANUAL PARA CPR/PCR LOCALIZADA NAS PARTES DO MEIO OU INFERIORES DA CAMA, FACILITANDO DE FORMA IMPORTANTE SEU ACIONAMENTO EM CASOS EMERGENCIAIS. CERTIFICAÇÃO CONTRA ENTRADA DE LÍQUIDOS COM INDICAÇÃO DE GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMA DE IPX4. ACOMPANHA COLCHÃO COMPATÍVEL COM DENSIDADE MÍNIMA DE 28. VIDA ÚTIL DA BATERIA DE NO MÍNIMO 3 ANOS. - GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA; - DEVERÁ APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA DE PREÇO DOCUMENTO QUE CONSTE EXPLICITAMENTE A MARCA E O MODELO DO ITEM OFERTADO, ALÉM DO NÚMERO DE REGULARIZAÇÃO DO PRODUTO JUNTO À ANVISA; - APRESENTAR CERTIFICAÇÃO NO INMETRO. PROCEDÊNCIA: NACIONAL FABRICANTE: MINAS INDUSTRIA MARCA: MINAS INDUSTRIA MODELO: CAMA FAWLER PARA UTI RECUPERAÇÃO - MINAS INDÚSTRIA. ANVISA: Nº 82540490001

**Porte da empresa:** ME/EPP

08.839.778/0001-09	D AQUINO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	60	R\$ 14.191,0000	R\$ 851.460,0000	10/08/2023 08:32:19
--------------------	---	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

**Marca:** DAQUINO  
**Fabricante:** DAQUINO  
**Modelo / Versão:** MD045A

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MARCA/FABRICANTE: D'AQUINO MODELO: MD045A REGISTRO NA ANVISA: 80522110001 PROCEDÊNCIA: NACIONAL ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIOXIDANTE E ACABAMENTO COM PINTURA EM EPÓXI PÓ OU MATERIAL SUPERIOR. COMPRIMENTO LEITO TOTAL DE NO MÍNIMO 219CM E COM EXTENSOR DE NO MÍNIMO 25CM, LARGURA GERAL MÍNIMA DE ATÉ 110CM; ALTURA MÍNIMA DE ATÉ 38CM, ALTURA MÁXIMA ELEVAÇÃO DE 85CM. MOVIMENTOS: FAWLER, SEMI-FAWLER, SENTADO, PANTURRILHA, FLEXÃO DE

JOELHOS, VASCULAR, CARDÍACO, ELEVÇÃO DO LEITO, TRENDLEMBURGUER E REVERSO COM ÂNGULO DE INCLINAÇÃO DE ATÉ 14°. GRADES ESCAMOTEÁVEIS BIPARTIDAS COM AMORTECEDORES, GRADES LATERAIS, CABECEIRA, PESEIRAS REMOVÍVEIS FABRICADAS EM POLIETILENO OU MATERIAL COMPATÍVEL. ACIONAMENTO ATRAVÉS DE CONTROLE REMOTO A FIO OU MEMBRANA LOCALIZADA NAS GRADES E PESEIRAS RODÍZIOS DUPLOS DE NO MÍNIMO 4" COM TRAVAMENTO EM 3 POSIÇÕES: TOTALMENTE LIVRE, TOTALMENTE BLOQUEADO E DIRECIONAL (TRAVANDO 1 DOS RODÍZIOS), PARA AUXILIAR NA MANOBRABILIDADE DA CAMA EM LINHA RETA/CORREDORES, COM DOIS PEDAIS DE AMBOS OS LADOS DA CAMA PARA ACIONAMENTO DOS FREIOS LOCALIZADOS NOS PÉS OU CABECEIRA DA CAMA. CAPACIDADE DE CARGA DE NO MÍNIMO 250KG. CPR ACIONADO POR BOTÃO DE ACIONAMENTO ELÉTRICO, ALAVANCA MANUAL PARA CPR/PCR LOCALIZADA NAS PARTES DO MEIO OU INFERIORES DA CAMA, FACILITANDO DE FORMA IMPORTANTE SEU ACIONAMENTO EM CASOS EMERGENCIAIS. ACOMPANHA COLCHÃO COMPATÍVEL COM DENSIDADE MÍNIMA DE 28. BATERIA – VIDA UTIL 3 ANOS

**Porte da empresa:** ME/EPP

18.809.570/0001-92 SUPPLEX Não Não 60 R\$ 14.191,7900 R\$ 851.507,4000 09/08/2023 11:26:57  
COMERCIO E  
SERVICOS LTDA

**Marca:** DESEMATEC

**Fabricante:** DESEMATEC

**Modelo / Versão:** DSM 111

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cama Hospitalar tipo Fawler elétrica Estrutura em tubo de aço com tratamento antioxidante e acabamento com pintura em epóxi pó ou material superior. Comprimento leito total de no MÍNIMO 219CM e com extensor de no mínimo 25cm, largura geral mínima de até 110cm; altura mínima de até 38cm, altura máxima elevação de 85cm. Movimentos: fawler, semi-fawler, sentado, panturrilha, flexão de joelhos, vascular, cardíaco, elevação do leito, trendlemburguer e reverso com ângulo de inclinação de até 14°. Grades escamoteáveis bipartidas com amortecedores, grades laterais, cabeceira, peseiras removíveis fabricadas em polietileno ou material compatível. Acionamento através de controle remoto a fio ou membrana localizada nas grades e peseiras. Rodízios duplos de no mínimo 4 com travamento em 3 posições: totalmente livre, totalmente bloqueado e direcional (travando 1 dos rodízios), para auxiliar na manobrabilidade da cama em linha reta/corredores, com dois pedais de ambos os lados da cama para acionamento dos freios localizados nos pés ou cabeceira da cama. Capacidade de carga de no mínimo 250Kg. CPR acionado por botão de acionamento elétrico, alavanca manual para CPR/PCR localizada nas partes do meio ou inferiores da cama, facilitando de forma importante seu acionamento em casos emergenciais. Certificação contra entrada de líquidos com indicação de grau de proteção mínima de IPX4. Acompanha colchão compatível com densidade mínima de 28. Vida útil da bateria de no mínimo 3 anos. - Garantia mínima de 12 meses a partir da entrega; - Deverá apresentar junto a proposta de preço documento que conste explicitamente a marca e o modelo do Item ofertado, além do número de Regularização do Produto junto à ANVISA; - Apresentar certificação no INMETRO. ANVISA: 81533710003

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

34.444.108/0001-95 PLG Sim Sim 60 R\$ 14.191,7900 R\$ 851.507,4000 09/08/2023 14:59:14  
DISTRIBUIDORA  
DE PRODUTOS  
HOSPITALARES  
LTDA

**Marca:** RENOVAR

**Fabricante:** RENOVAR

**Modelo / Versão:** MR2016

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAMA HOSPITALAR ELETRICA FLOWER RENOVAR MR 2016

**Porte da empresa:** ME/EPP

50.587.821/0001-44 AGR COMERCIO E Sim Sim 60 R\$ 14.191,7900 R\$ 851.507,4000 09/08/2023 16:19:30  
SERV LTDA

**Marca:** AGR

**Fabricante:** AGR

**Modelo / Versão:** AGR

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cama Hospitalar Material: Aço Inoxidável , Componentes: Cabeceira E Peseira Removíveis Plástico , Dimensão: Cerca De 2,00 X 0,90 M, Características Adicionais 01: Grades Escamoteáveis , Capacidade De Carga: Até 300 KG, Componentes 01: Altura Regulável, Bateria Recarregável , Rodas: Rodízios C/ Freios , Tipos De Acionamento: Controle Remoto , Tipo: Elétrica , Características Adicionais: Trendlemburg, Fowler E Reverso

**Porte da empresa:** ME/EPP

45.992.528/0001-22 DLW COMERCIAL Sim Sim 60 R\$ 14.191,7900 R\$ 851.507,4000 10/08/2023 09:48:43  
DISTRIBUIDORA  
LTDA

**Marca:** RENOVAR

**Fabricante:** METALURGICA RENOVAR

**Modelo / Versão:** MR 2016

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cama Hospitalar tipo Fawler elétrica Estrutura em tubo de aço com tratamento antioxidante e acabamento com pintura em epóxi pó ou material superior. Comprimento leito total de no MÍNIMO 219CM e com extensor de no mínimo 25cm, largura geral mínima de até 110cm; altura mínima de até 38cm, altura máxima elevação de 85cm. Movimentos: fawler, semi-fawler, sentado, panturrilha, flexão de joelhos, vascular, cardíaco, elevação do leito, trendlemburguer e reverso com ângulo de inclinação de até 14°. Grades escamoteáveis bipartidas com amortecedores, grades laterais, cabeceira, peseiras removíveis fabricadas em polietileno ou material compatível. Acionamento através de controle remoto a fio ou membrana localizada nas grades e peseiras. Rodízios duplos de no mínimo 4" com travamento em 3 posições: totalmente livre, totalmente bloqueado e direcional (travando 1 dos rodízios), para auxiliar na manobrabilidade da cama em linha reta/corredores, com dois pedais de ambos os lados da cama para acionamento dos freios localizados nos pés ou cabeceira da cama. Capacidade de carga de no mínimo 250Kg. CPR acionado por botão de acionamento elétrico, alavanca manual para CPR/PCR localizada nas partes do meio ou inferiores da cama, facilitando de forma importante seu acionamento em casos emergenciais. Certificação contra entrada de líquidos com indicação de grau de proteção mínima de IPX4. Acompanha colchão compatível com densidade mínima de 28. Vida útil da bateria de no mínimo 3 anos. - Garantia mínima de 12 meses a partir da entrega;

**Porte da empresa:** ME/EPP

29.475.673/0001-80 MASTER MEDICAL Sim Sim 60 R\$ 18.500,0000 R\$ 1.110.000,0000 09/08/2023 16:32:49  
COMERCIO DE  
PRODUTOS  
HOSPITALARES  
LTDA

**Marca:** PRIOMA

**Fabricante:** CARETEK (CHINA) MEDICAL PLC.

**Modelo / Versão:** PRIOMA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER ELÉTRICA. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIOXIDANTE E ACABAMENTO COM PINTURA EM EPÓXI PÓ OU MATERIAL SUPERIOR. COMPRIMENTO LEITO TOTAL DE NO MÍNIMO 219CM E COM EXTENSOR DE NO MÍNIMO 25CM, LARGURA GERAL MÍNIMA DE ATÉ 110CM; ALTURA MÍNIMA DE ATÉ 38CM, ALTURA MÁXIMA ELEVÇÃO DE 85CM. MOVIMENTOS: FAWLER, SEMI-

FAWLER, SENTADO, PANTURRILHA, FLEXÃO DE JOELHOS, VASCULAR, CARDÍACO, ELEVAÇÃO DO LEITO, TRENDELEBURGUER E REVERSO COM ÂNGULO DE INCLINAÇÃO DE ATÉ 14°. GRADES ESCAMOTEÁVEIS BIPARTIDAS COM AMORTECEDORES, GRADES LATERAIS, CABECEIRA, PESEIRAS REMOVÍVEIS FABRICADAS EM POLIETILENO OU MATERIAL COMPATÍVEL. ACIONAMENTO ATRAVÉS DE CONTROLE REMOTO A FIO OU MEMBRANA LOCALIZADA NAS GRADES E PESEIRAS; RODÍZIOS DUPLOS DE NO MÍNIMO 4" COM TRAVAMENTO EM 3 POSIÇÕES: TOTALMENTE LIVRE, TOTALMENTE BLOQUEADO E DIRECIONAL (TRAVANDO 1 DOS RODÍZIOS), PARA AUXILIAR NA MANOBRABILIDADE DA CAMA EM LINHA RETA/CORREDORES, COM DOIS PEDAIS DE AMBOS OS LADOS DA CAMA PARA ACIONAMENTO DOS FREIOS LOCALIZADOS NOS PÉS OU CABECEIRA DA CAMA. CAPACIDADE DE CARGA DE NO MÍNIMO 250KG. CPR ACIONADO POR BOTÃO DE ACIONAMENTO ELÉTRICO, ALAVANCA MANUAL PARA CPR/PCR LOCALIZADA NAS PARTES DO MEIO OU INFERIORES DA CAMA, FACILITANDO DE FORMA IMPORTANTE SEU ACIONAMENTO EM CASOS EMERGENCIAIS. CERTIFICAÇÃO CONTRA ENTRADA DE LÍQUIDOS COM INDICAÇÃO DE GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMA DE IPX4. ACOMPANHA COLCHÃO COMPATÍVEL COM DENSIDADE MÍNIMA DE 28. VIDA ÚTIL DA BATERIA DE NO MÍNIMO 3 ANOS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA. DEVERÁ APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA DE PREÇO DOCUMENTO QUE CONSTE EXPLICITAMENTE A MARCA E O MODELO DO ITEM OFERTADO, ALÉM DO NÚMERO DE REGULARIZAÇÃO DO PRODUTO JUNTO À ANVISA; APRESENTAR CERTIFICAÇÃO NO INMETRO. MARCA: PRIOMA. FABRICANTE: CARETEK (CHINA) MEDICAL PLC. REGISTRO NO M.S: 81695960028

**Porte da empresa:** ME/EPP

01.866.388/0001-70 META MOVEIS DE Não Não 60 R\$ 20.000,0000 R\$ 1.200.000,0000 09/08/2023  
METAIS 14:34:16  
INDUSTRIA E  
COMERCIO LTDA

**Marca:** META

**Fabricante:** META HOSPITALAR

**Modelo / Versão:** MT 155 / 2023

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MARCA PROPRIA CONFORME EDITAL

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

28.997.632/0001-90 ARJO BRASIL Não Não 60 R\$ 50.000,0000 R\$ 3.000.000,0000 09/08/2023  
EQUIPAMENTOS 23:43:58  
MEDICOS LTDA.

**Marca:** Própria

**Fabricante:** Caretek (China) Medical plc - China, República Pop

**Modelo / Versão:** Prioma 600

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Equipamento: Cama Hospitalar Tipo Fowler Elétrica Quantidade: 60 (sessenta) unidades. Modelo: Prioma 600 Fabricante: Caretek (China) Medical plc - China, República Popular Registro no M. Saúde: 81695960028 Cama para hospital elétrica, modelo Prioma 600. Possui uma estrutura de aço com um acabamento revestido com pintura epóxi com tratamento antiferruginoso. Os componentes plásticos da cama são feitos de uretano, polipropileno e náilon POM, ABS e plástico HDPE. Possui Carga de Trabalho Segura (SWL) 250 Kg. Freio possui 3 posições: totalmente livre, totalmente bloqueado e direcional travando 1 dos rodízios (antiestático) para auxiliar na manobrabilidade da cama em linha reta/corredores. A cama possui controles incorporados nas grades laterais para enfermeira e paciente. A cama possui sistema de bloqueio para os controles tanto externos quanto internos (destinados ao paciente). O respaldo é constituído por quatro seções removíveis de ABS. As grades laterais, peseira e cabeceira são fabricadas em polipropileno. Seu encosto é retrátil. Liberação rápida do encosto de forma manual ou elétrica no caso de CPR/PCR. Permite a elevação manual de pé e panturrilha. Possui ganchos para bolsas de urina e trilho para cinta em ambos os lados da cama. Possui 4 soquetes para suportes de soro e outros acessórios. Possui retentor de colchão com contornos suaves. A cabeceira e a peseira são leves e removíveis. Possui 4 amortecedores de parede giratórios constituídos de poliuretano localizados na cabeceira e na peseira. Seu comprimento geral é de 219,5cm podendo ser de até 248 cm com a base de prolongamento estendida. E largura geral de 101 cm. O respaldo/encosto possui ajuste entre 0° e 70°. O trendelemburg ou trendelemburg reverso possui ângulo de inclinação de 0° a 14°. Possui ajuste do ângulo da dobra do joelho de 35° e ajuste do ângulo de posicionamento da panturrilha de até 25°. O tamanho recomendado do colchão é de largura de 87 cm, comprimento de 198 cm e altura de 15 cm. Bivolt automático (Potência elétrica 100-240V ~ 50/60Hz Máx 3,9ª). O equipamento é alimentado internamente (somente backup por bateria). Vida útil da bateria entre 3 e 5 anos. Peso do produto 142kg. Construída para cumprir todas as Normas Internacionais IEC 60601-1: 2005 + A1:2012, IEC 60601-1-2: 2007 e IEC 60601-2-52: 2009. Proteção IPX4 contra entrada de líquidos. Rodízios duplos de 125mm com travamento central único/travamento total com dois pedais de ambos os lados para acionamento dos freios localizados na peseira da cama. Grades laterais com comprimento total das laterais. Variação de altura da plataforma (com rodízios de 12,5 cm) de 38,0cm a 82,5cm. Possui opcional de Rack de extensão de 30cm. Acompanhará todos os acessórios para o perfeito funcionamento do equipamento. O equipamento seguirá em conformidade com as normas da ABNT aplicáveis. Manual de instrução em Português Garantia: 12 (doze) meses

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

38.482.591/0001-53 SKYLAB Sim Sim 60 R\$ 100.000,0000 R\$ 6.000.000,0000 09/08/2023  
COMERCIAL 17:28:38  
HOSPITALAR LTDA

**Marca:** andrade inalamed

**Fabricante:** andrade inalamed

**Modelo / Versão:** andrade inalamed

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Descrição: Cama Hospitalar Material: Aço Inoxidável , Componentes: Cabeceira E Peseira Removíveis Plástico , Dimensão: Cerca De 2,00 X 0,90 M, Características Adicionais 01: Grades Escamoteáveis , Capacidade De Carga: Até 300 KG, Componentes 01: Altura Regulável, Bateria Recarregável , Rodas: Rodízios C/ Freios , Tipos De Acionamento: Controle Remot

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 6.000.000,0000	38.482.591/0001-53	10/08/2023 10:00:02:277
R\$ 3.000.000,0000	28.997.632/0001-90	10/08/2023 10:00:02:277
R\$ 1.200.000,0000	01.866.388/0001-70	10/08/2023 10:00:02:277
R\$ 1.110.000,0000	29.475.673/0001-80	10/08/2023 10:00:02:277
R\$ 851.507,4000	18.809.570/0001-92	10/08/2023 10:00:02:277
R\$ 851.507,4000	34.444.108/0001-95	10/08/2023 10:00:02:277
R\$ 851.507,4000	45.992.528/0001-22	10/08/2023 10:00:02:277
R\$ 851.507,4000	50.587.821/0001-44	10/08/2023 10:00:02:277
R\$ 851.460,0000	35.797.639/0001-24	10/08/2023 10:00:02:277
R\$ 851.460,0000	08.839.778/0001-09	10/08/2023 10:00:02:277
R\$ 851.460,0000	15.631.700/0001-51	10/08/2023 10:00:02:277

R\$ 851.400,0000	13.719.523/0001-34	10/08/2023 10:00:02:277
R\$ 846.000,0000	00.017.436/0001-93	10/08/2023 10:00:02:277
R\$ 840.000,0000	09.399.842/0001-32	10/08/2023 10:00:02:277
R\$ 840.000,0000	02.377.937/0001-06	10/08/2023 10:00:02:277
R\$ 828.000,0000	01.987.265/0001-98	10/08/2023 10:00:02:277
R\$ 819.710,0000	09.399.842/0001-32	10/08/2023 10:01:54:657
R\$ 800.000,0000	15.631.700/0001-51	10/08/2023 10:02:57:323
R\$ 818.500,0000	08.839.778/0001-09	10/08/2023 10:03:09:390
R\$ 819.000,0000	50.587.821/0001-44	10/08/2023 10:03:12:490
R\$ 790.000,0000	08.839.778/0001-09	10/08/2023 10:03:28:277
R\$ 792.000,0000	50.587.821/0001-44	10/08/2023 10:03:47:770
R\$ 782.100,0000	08.839.778/0001-09	10/08/2023 10:04:53:890
R\$ 770.000,0000	50.587.821/0001-44	10/08/2023 10:05:25:720
R\$ 739.140,0000	15.631.700/0001-51	10/08/2023 10:05:50:773
R\$ 851.400,0000	29.475.673/0001-80	10/08/2023 10:06:07:833
R\$ 960.000,0000	28.997.632/0001-90	10/08/2023 10:07:55:650
R\$ 731.000,0000	01.866.388/0001-70	10/08/2023 10:08:23:090
R\$ 827.900,0000	02.377.937/0001-06	10/08/2023 10:08:42:857
R\$ 732.000,0000	50.587.821/0001-44	10/08/2023 10:08:48:897
R\$ 723.690,0000	08.839.778/0001-09	10/08/2023 10:09:14:147
R\$ 830.000,0000	18.809.570/0001-92	10/08/2023 10:09:25:120
R\$ 712.000,0000	01.866.388/0001-70	10/08/2023 10:10:05:667
R\$ 819.500,0000	02.377.937/0001-06	10/08/2023 10:10:11:237
R\$ 723.690,0000	15.631.700/0001-51	10/08/2023 10:10:15:643
R\$ 768.000,0000	00.017.436/0001-93	10/08/2023 10:10:16:740
R\$ 715.000,0000	50.587.821/0001-44	10/08/2023 10:10:25:220
R\$ 704.000,0000	50.587.821/0001-44	10/08/2023 10:10:44:493
R\$ 696.000,0000	01.866.388/0001-70	10/08/2023 10:10:54:637
R\$ 704.880,0000	09.399.842/0001-32	10/08/2023 10:11:41:297
R\$ 711.000,0000	00.017.436/0001-93	10/08/2023 10:11:56:193
R\$ 689.040,0000	09.399.842/0001-32	10/08/2023 10:12:17:260
R\$ 682.000,0000	01.866.388/0001-70	10/08/2023 10:12:44:963
R\$ 687.000,0000	50.587.821/0001-44	10/08/2023 10:13:01:653
R\$ 690.000,0000	00.017.436/0001-93	10/08/2023 10:13:12:097
R\$ 668.000,0000	01.866.388/0001-70	10/08/2023 10:13:43:223
R\$ 723.680,0000	02.377.937/0001-06	10/08/2023 10:13:44:580
R\$ 661.320,0000	08.839.778/0001-09	10/08/2023 10:15:27:887
R\$ 654.000,0000	01.866.388/0001-70	10/08/2023 10:15:37:783
R\$ 647.460,0000	08.839.778/0001-09	10/08/2023 10:17:23:490
R\$ 640.000,0000	01.866.388/0001-70	10/08/2023 10:18:07:553
R\$ 633.600,0000	08.839.778/0001-09	10/08/2023 10:18:34:033
R\$ 626.000,0000	01.866.388/0001-70	10/08/2023 10:19:55:757
R\$ 619.740,0000	08.839.778/0001-09	10/08/2023 10:21:40:153

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	10/08/2023 10:00:03	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	10/08/2023 10:23:41	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	10/08/2023 10:23:41	Item teve empate real para o valor 851.507,4000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	10/08/2023 10:23:41	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	10/08/2023 10:32:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor D AQUINO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 08.839.778/0001-09.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	10/08/2023 11:13:12	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor D AQUINO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 08.839.778/0001-09.
Abertura do prazo - Convocação anexo	10/08/2023 11:24:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor D AQUINO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 08.839.778/0001-09.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	10/08/2023 11:33:45	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor D AQUINO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 08.839.778/0001-09.

Aceite de proposta	16/08/2023 14:40:19	Aceite individual da proposta. Fornecedor: D AQUINO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 08.839.778/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 619.740,0000.
Habilitação de fornecedor	16/08/2023 14:47:11	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: D AQUINO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CNPJ/CPF: 08.839.778/0001-09
Registro de intenção de recurso	16/08/2023 14:54:04	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: MASTER MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF: 29475673000180. Motivo: De acordo com art. 44 do Decreto Federal n.º 10.024 de 20 de setembro de 2019, qualquer licitante pode apresentar recurso. Exercendo esse direito, registramos nossa in
Aceite de intenção de recurso	16/08/2023 15:43:30	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: MASTER MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 29475673000180.

**Intenções de Recurso para o Item**

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
29.475.673/0001-80	16/08/2023 14:54	16/08/2023 15:43	Aceito

**Motivo Intenção:** De acordo com art. 44 do Decreto Federal n.º 10.024 de 20 de setembro de 2019, qualquer licitante pode apresentar recurso. Exercendo esse direito, registramos nossa intenção de recurso em relação a Habilitação da primeira colocada, uma vez que não atende aos requisitos técnicos do TR e serão expostos na peça recursal.

**Item: 2 - Cama Hospitalar**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.399.842/0001-32	SMARTHECNOLOGY COMERCIO E ASSISTENCIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 14.000,0000	R\$ 280.000,0000	07/08/2023 16:32:06
	<b>Marca:</b> LEVITA <b>Fabricante:</b> LEVITA <b>Modelo / Versão:</b> LV198						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cama Hospitalar Material: Aço Inoxidável , Componentes: Cabeceira E Peseira Removíveis Plástico , Dimensão: Cerca De 2,00 X 0,90 M, Características Adicionais 01: Grades Escamoteáveis , Capacidade De Carga: Até 300 KG, Componentes 01: Altura Regulável, Bateria Recarregável , Rodas: Rodízios C/ Freios , Tipos De Acionamento: Controle Remoto , Tipo: Elétrica , Características Adicionais: Trendelemburg, Fowler E Reverso						
	<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
00.017.436/0001-93	DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR HOSPIMETAL LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 14.100,0000	R\$ 282.000,0000	09/08/2023 15:28:02
	<b>Marca:</b> HOSPIMETAL <b>Fabricante:</b> HOSPIMETAL <b>Modelo / Versão:</b> HM.2002C						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> HM.2002 C - CAMA FAWLER 4 MOTORES, CAB./PESEIRA E GRADES INJETADAS EM POLIETILENO, CONTROLE DIGITAL. CABECEIRA E PESEIRA: Removíveis (sem o uso de ferramentas), estruturada nas laterais em material injetado em polietileno, com áreas de pega vazadas para proteção das mãos e transporte pela equipe de enfermagem. CHASSI: base construída em perfis de tubo de aço retangular 50 x 30 x 1,5 mm, com pés recuados, tampo em material termoplástico de alta resistência. ESTRUTURA DO ESTRADO: Construída em chapa de aço 3,2 mm de espessura, perfilados em U. ESTRADO: Articulado em 4 seções, com estrutura rígida em chapa de aço 1,5mm, possibilitando os movimentos Fowler, Semi-Fowler, Trendelemburg em 14º, Reverso do Trendelemburg em 14º, Sentado, Dorso, Joelhos/Flexão de Pernas, Panturrilha, Cardíaca, Vascular e Elevação do leito. MOTORES: Quatro motores elétricos, blindados, resistente à água, poeira e outros resíduos, sendo 2 instalados sob o estrado e 2 instalados na base, dotados de fim de curso, para proteção, blindados, tensão principal 110/220 volts – 50/60 Hz, e tensão secundária 24 volts – 2 A, - com unidade de bateria 24 V – 1,2 Ah, recarregável, para acionamento dos movimentos na ausência de energia elétrica, com autonomia de até horas. Vida útil da bateria de 3 (três) anos. GRADES LATERAIS: Dois pares de grades laterais articuláveis e retráteis, sendo um par no dorso e um par na perna, de atuação independente, estruturada de alta resistência em polietileno injetado, com movimentação pelo sistema de pistão, permitindo que fiquem acima e abaixo da cama, com trava de segurança, e sistema de embuti-las sob o leito, espaçamento entre as grades de acordo com as normas do INMETRO. CONTROLE DIGITAL COM TECLADO DE MEMBRANA BLINDADOS: 2 localizados nas 2 grades laterais existentes no dorso da cama, com acionamento interno e externo, 1 localizado na peseira com controle geral dos movimentos da cama inclusive travamento dos movimentos, PCR elétrico e Trendelemburg com um único toque de comando. PÁRA-CHOQUE: Para-choque de borracha nos 04 cantos da cama para proteção de parede. RODÍZIOS: Duplos com diâmetro de 4" com banda de rotação condutiva em poliuretano, com sistema de movimento/freio acionado por um único pedal, colocado em dois lados da base da cama, permitindo o movimento livre dos 4 rodízios em todas as direções, podendo direcionar 2 rodízios para longos cursos e travar os 4 rodízios, impedindo que a cama se movimente. Indicador luminoso de acionamento de freio na membrana supervisora. PINTURA: Todas as peças metálicas possuem tratamento antiferruginoso, a base de fosfato de zinco, e acabamento em pintura eletrostática a pó em resina epóxi-poliéster, polimerizado em estufa por 30 minutos a 230 C, de excelente resistência química e mecânica. CAPACIDADE: 250 kg. Indicador de ângulo. Alívio mecânico. DIMENSÕES: Externas: 2,25 m x 1,10m. Internas: 1,90 x 0,90 m Altura ajustável de 0,38 até 0,85m. ANVISA: 80172580001 ACOMPANHA: &#61607; Extensão do leito manual, localizado na peseira da cama, em até 25cm. &#61607; CPR Mecânico, para procedimentos de emergência e ressuscitação cardio-pulmonar, acionados através de alavanca lateral em ambos os lados cama, abaixo do leito, com sistema de amortecimento em sua queda. &#61607; Colchão de espuma, densidade 28, revestido em courvin lavável e impermeável, de acordo com as dimensões do leito da cama. Marca/Fabricação: Hospimetal Procedência: Nacional Garantia: 12 (Doze) meses Grau de proteção contra água, respingos, IPX4.						
	<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
13.719.523/0001-34	CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 14.190,0000	R\$ 283.800,0000	02/08/2023 15:02:15
	<b>Marca:</b> LEVITA <b>Fabricante:</b> LEVITA						

**Modelo / Versão:** LV198PE

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cama Hospitalar tipo Fowler elétrica Estrutura em tubo de aço com tratamento antioxidante e acabamento com pintura em epóxi pó ou material superior. Comprimento leito total de no MÍNIMO 219CM e com extensor de no mínimo 25cm, largura geral mínima de até 110cm; altura mínima de até 38cm, altura máxima elevação de 85cm. Movimentos: fowler, semi-fowler, sentado, panturrilha, flexão de joelhos, vascular, cardíaco, elevação do leito, trendlemburguer e reverso com ângulo de inclinação de até 14°. Grades escamoteáveis bipartidas com amortecedores, grades laterais, cabeceira, peseiras removíveis fabricadas em polietileno ou material compatível. Acionamento através de controle remoto a fio ou membrana localizada nas grades e peseiras Rodízios duplos de no mínimo 4" com travamento em 3 posições: totalmente livre, totalmente bloqueado e direcional (travando 1 dos rodízios), para auxiliar na manobrabilidade da cama em linha reta/corredores, com dois pedais de ambos os lados da cama para acionamento dos freios localizados nos pés ou cabeceira da cama. Capacidade de carga de no mínimo 250Kg. CPR acionado por botão de acionamento elétrico, alavanca manual para CPR/PCR localizada nas partes do meio ou inferiores da cama, facilitando de forma importante seu acionamento em casos emergenciais. Certificação contra entrada de líquidos com indicação de grau de proteção mínima de IPX4. Acompanha colchão compatível com densidade mínima de 28. Vida útil da bateria de no mínimo 3 anos. - Garantia mínima de 12 meses a partir da entrega; - Deverá apresentar junto a proposta de preço documento que conste explicitamente a marca e o modelo do Item ofertado, além do número de Regularização do Produto junto à ANVISA; - Apresentar certificação no INMETRO.

**Porte da empresa:** ME/EPP

15.631.700/0001-51	216 MATERIAL HOSPITALAR LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 14.191,0000	R\$ 283.820,0000	01/08/2023 11:32:16
--------------------	------------------------------	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

**Marca:** RENOVAR**Fabricante:** RENOVAR**Modelo / Versão:** RENOVAR

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cama Hospitalar tipo Fowler elétrica Estrutura em tubo de aço com tratamento antioxidante e acabamento com pintura em epóxi pó ou material superior. Comprimento leito total de no MÍNIMO 219CM e com extensor de no mínimo 25cm, largura geral mínima de até 110cm; altura mínima de até 38cm, altura máxima elevação de 85cm. Movimentos: fowler, semi-fowler, sentado, panturrilha, flexão de joelhos, vascular, cardíaco, elevação do leito, trendlemburguer e reverso com ângulo de inclinação de até 14°. Grades escamoteáveis bipartidas com amortecedores, grades laterais, cabeceira, peseiras removíveis fabricadas em polietileno ou material compatível. Acionamento através de controle remoto a fio ou membrana localizada nas grades e peseiras. Rodízios duplos de no mínimo 4" com travamento em 3 posições: totalmente livre, totalmente bloqueado e direcional (travando 1 dos rodízios), para auxiliar na manobrabilidade da cama em linha reta/corredores, com dois pedais de ambos os lados da cama para acionamento dos freios localizados nos pés ou cabeceira da cama. Capacidade de carga de no mínimo 250Kg. CPR acionado por botão de acionamento elétrico, alavanca manual para CPR/PCR localizada nas partes do meio ou inferiores da cama, facilitando de forma importante seu acionamento em casos emergenciais. Certificação contra entrada de líquidos com indicação de grau de proteção mínima de IPX4. Acompanha colchão compatível com densidade mínima de 28. Vida útil da bateria de no mínimo 3 anos. - Garantia mínima de 12 meses a partir da entrega; - Deverá apresentar junto a proposta de preço documento que conste explicitamente a marca e o modelo do Item ofertado, além do número de Regularização do Produto junto à ANVISA; - Apresentar certificação no INMETRO.

**Porte da empresa:** ME/EPP

35.797.639/0001-24	DESTAK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 14.191,0000	R\$ 283.820,0000	09/08/2023 15:52:38
--------------------	---	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

**Marca:** MINAS INDUSTRIA**Fabricante:** MINAS INDUSTRIA**Modelo / Versão:** CAMA FAWLER PARA UTI RECUPERAÇÃO - MINAS INDÚSTRIA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER ELÉTRICA ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIOXIDANTE E ACABAMENTO COM PINTURA EM EPÓXI PÓ OU MATERIAL SUPERIOR. COMPRIMENTO LEITO TOTAL DE NO MÍNIMO 219CM E COM EXTENSOR DE NO MÍNIMO 25CM, LARGURA GERAL MÍNIMA DE ATÉ 110CM; ALTURA MÍNIMA DE ATÉ 38CM, ALTURA MÁXIMA ELEVACÃO DE 85CM. MOVIMENTOS: FAWLER, SEMI-FAWLER, SENTADO, PANTURRILHA, FLEXÃO DE JOELHOS, VASCULAR, CARDÍACO, ELEVACÃO DO LEITO, TRENDLEMBURGUER E REVERSO COM ÂNGULO DE INCLINAÇÃO DE ATÉ 14°. GRADES ESCAMOTEÁVEIS BIPARTIDAS COM AMORTECEDORES, GRADES LATERAIS, CABECEIRA, PESEIRAS REMOVÍVEIS FABRICADAS EM POLIETILENO OU MATERIAL COMPATÍVEL. ACIONAMENTO ATRAVÉS DE CONTROLE REMOTO A FIO OU MEMBRANA LOCALIZADA NAS GRADES E PESEIRAS. RODÍZIOS DUPLOS DE NO MÍNIMO 4" COM TRAVAMENTO EM 3 POSIÇÕES: TOTALMENTE LIVRE, TOTALMENTE BLOQUEADO E DIRECIONAL (TRAVANDO 1 DOS RODÍZIOS), PARA AUXILIAR NA MANOBRABILIDADE DA CAMA EM LINHA RETA/CORREDORES, COM DOIS PEDAIS DE AMBOS OS LADOS DA CAMA PARA ACIONAMENTO DOS FREIOS LOCALIZADOS NOS PÉS OU CABECEIRA DA CAMA. CAPACIDADE DE CARGA DE NO MÍNIMO 250KG. CPR ACIONADO POR BOTÃO DE ACIONAMENTO ELÉTRICO, ALAVANCA MANUAL PARA CPR/PCR LOCALIZADA NAS PARTES DO MEIO OU INFERIORES DA CAMA, FACILITANDO DE FORMA IMPORTANTE SEU ACIONAMENTO EM CASOS EMERGENCIAIS. CERTIFICAÇÃO CONTRA ENTRADA DE LÍQUIDOS COM INDICAÇÃO DE GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMA DE IPX4. ACOMPANHA COLCHÃO COMPATÍVEL COM DENSIDADE MÍNIMA DE 28. VIDA ÚTIL DA BATERIA DE NO MÍNIMO 3 ANOS. - GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA; - DEVERÁ APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA DE PREÇO DOCUMENTO QUE CONSTE EXPLICITAMENTE A MARCA E O MODELO DO ITEM OFERTADO, ALÉM DO NÚMERO DE REGULARIZAÇÃO DO PRODUTO JUNTO À ANVISA; - APRESENTAR CERTIFICAÇÃO NO INMETRO. PROCEDÊNCIA: NACIONAL FABRICANTE: MINAS INDUSTRIA MARCA: MINAS INDUSTRIA MODELO: CAMA FAWLER PARA UTI RECUPERAÇÃO - MINAS INDÚSTRIA. ANVISA: Nº 82540490001

**Porte da empresa:** ME/EPP

08.839.778/0001-09	D AQUINO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 14.191,0000	R\$ 283.820,0000	10/08/2023 08:32:19
--------------------	---	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

**Marca:** DAQUINO**Fabricante:** DAQUINO**Modelo / Versão:** MD045A

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MARCA/FABRICANTE: D'AQUINO MODELO: MD045A REGISTRO NA ANVISA: 80522110001 PROCEDÊNCIA: NACIONAL ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIOXIDANTE E ACABAMENTO COM PINTURA EM EPÓXI PÓ OU MATERIAL SUPERIOR. COMPRIMENTO LEITO TOTAL DE NO MÍNIMO 219CM E COM EXTENSOR DE NO MÍNIMO 25CM, LARGURA GERAL MÍNIMA DE ATÉ 110CM; ALTURA MÍNIMA DE ATÉ 38CM, ALTURA MÁXIMA ELEVACÃO DE 85CM. MOVIMENTOS: FAWLER, SEMI-FAWLER, SENTADO, PANTURRILHA, FLEXÃO DE JOELHOS, VASCULAR, CARDÍACO, ELEVACÃO DO LEITO, TRENDLEMBURGUER E REVERSO COM ÂNGULO DE INCLINAÇÃO DE ATÉ 14°. GRADES ESCAMOTEÁVEIS BIPARTIDAS COM AMORTECEDORES, GRADES LATERAIS, CABECEIRA, PESEIRAS REMOVÍVEIS FABRICADAS EM POLIETILENO OU MATERIAL COMPATÍVEL. ACIONAMENTO ATRAVÉS DE CONTROLE REMOTO A FIO OU MEMBRANA LOCALIZADA NAS GRADES E PESEIRAS RODÍZIOS DUPLOS DE NO MÍNIMO 4" COM TRAVAMENTO EM 3 POSIÇÕES: TOTALMENTE LIVRE, TOTALMENTE BLOQUEADO E DIRECIONAL (TRAVANDO 1 DOS

RODÍZIOS), PARA AUXILIAR NA MANOBRABILIDADE DA CAMA EM LINHA RETA/CORREDORES, COM DOIS PEDAIS DE AMBOS OS LADOS DA CAMA PARA ACIONAMENTO DOS FREIOS LOCALIZADOS NOS PÉS OU CABECEIRA DA CAMA. CAPACIDADE DE CARGA DE NO MÍNIMO 250KG. CPR ACIONADO POR BOTÃO DE ACIONAMENTO ELÉTRICO, ALAVANCA MANUAL PARA CPR/PCR LOCALIZADA NAS PARTES DO MEIO OU INFERIORES DA CAMA, FACILITANDO DE FORMA IMPORTANTE SEU ACIONAMENTO EM CASOS EMERGENCIAIS. ACOMPANHA COLCHÃO COMPATÍVEL COM DENSIDADE MÍNIMA DE 28. BATERIA - VIDA UTIL 3 ANOS

**Porte da empresa:** ME/EPP

34.444.108/0001-95	PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 14.191,7900	R\$ 283.835,8000	09/08/2023 14:59:14
--------------------	---	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

**Marca:** RENOVAR

**Fabricante:** RENOVAR

**Modelo / Versão:** MR2016

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAMA HOSPITALAR ELETRICA FLOWER RENOVAR MR 2016

**Porte da empresa:** ME/EPP

50.587.821/0001-44	AGR COMERCIO E SERV LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 14.191,7900	R\$ 283.835,8000	09/08/2023 16:19:30
--------------------	-----------------------------	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

**Marca:** AGR

**Fabricante:** AGR

**Modelo / Versão:** AGR

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cama Hospitalar Material: Aço Inoxidável , Componentes: Cabeceira E Peseira Removíveis Plástico , Dimensão: Cerca De 2,00 X 0,90 M, Características Adicionais 01: Grades Escamoteáveis , Capacidade De Carga: Até 300 KG, Componentes 01: Altura Regulável, Bateria Recarregável , Rodas: Rodízios C/ Freios , Tipos De Acionamento: Controle Remoto , Tipo: Elétrica , Características Adicionais: Trendlemburg, Fowler E Reverso

**Porte da empresa:** ME/EPP

45.992.528/0001-22	DLW COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 14.191,7900	R\$ 283.835,8000	10/08/2023 09:48:43
--------------------	--	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

**Marca:** RENOVAR

**Fabricante:** METALURGICA RENOVAR

**Modelo / Versão:** MR 2016

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Cama Hospitalar tipo Fawler elétrica Estrutura em tubo de aço com tratamento antioxidante e acabamento com pintura em epóxi pó ou material superior. Comprimento leito total de no MÍNIMO 219CM e com extensor de no mínimo 25cm, largura geral mínima de até 110cm; altura mínima de até 38cm, altura máxima elevação de 85cm. Movimentos: fawler, semi-fawler, sentado, panturrilha, flexão de joelhos, vascular, cardíaco, elevação do leito, trendlemburg e reverso com ângulo de inclinação de até 14°. Grades escamoteáveis bipartidas com amortecedores, grades laterais, cabeceira, peseiras removíveis fabricadas em polietileno ou material compatível. Acionamento através de controle remoto a fio ou membrana localizada nas grades e peseiras. Rodízios duplos de no mínimo 4" com travamento em 3 posições: totalmente livre, totalmente bloqueado e direcional (travando 1 dos rodízios), para auxiliar na manobrabilidade da cama em linha reta/corredores, com dois pedais de ambos os lados da cama para acionamento dos freios localizados nos pés ou cabeceira da cama. Capacidade de carga de no mínimo 250Kg. CPR acionado por botão de acionamento elétrico, alavanca manual para CPR/PCR localizada nas partes do meio ou inferiores da cama, facilitando de forma importante seu acionamento em casos emergenciais. Certificação contra entrada de líquidos com indicação de grau de proteção mínima de IPX4. Acompanha colchão compatível com densidade mínima de 28. Vida útil da bateria de no mínimo 3 anos. - Garantia mínima de 12 meses a partir da entrega;

**Porte da empresa:** ME/EPP

29.475.673/0001-80	MASTER MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 18.500,0000	R\$ 370.000,0000	09/08/2023 16:32:49
--------------------	---	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

**Marca:** PRIOMA

**Fabricante:** CARETEK (CHINA) MEDICAL PLC.

**Modelo / Versão:** PRIOMA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER ELÉTRICA. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIOXIDANTE E ACABAMENTO COM PINTURA EM EPÓXI PÓ OU MATERIAL SUPERIOR. COMPRIMENTO LEITO TOTAL DE NO MÍNIMO 219CM E COM EXTENSOR DE NO MÍNIMO 25CM, LARGURA GERAL MÍNIMA DE ATÉ 110CM; ALTURA MÍNIMA DE ATÉ 38CM, ALTURA MÁXIMA ELEVÇÃO DE 85CM. MOVIMENTOS: FAWLER, SEMI-FAWLER, SENTADO, PANTURRILHA, FLEXÃO DE JOELHOS, VASCULAR, CARDÍACO, ELEVÇÃO DO LEITO, TRENDLEMBURGUER E REVERSO COM ÂNGULO DE INCLINAÇÃO DE ATÉ 14°. GRADES ESCAMOTEÁVEIS BIPARTIDAS COM AMORTECEDORES, GRADES LATERAIS, CABECEIRA, PESEIRAS REMOVÍVEIS FABRICADAS EM POLIETILENO OU MATERIAL COMPATÍVEL. ACIONAMENTO ATRAVÉS DE CONTROLE REMOTO A FIO OU MEMBRANA LOCALIZADA NAS GRADES E PESEIRAS; RODÍZIOS DUPLOS DE NO MÍNIMO 4" COM TRAVAMENTO EM 3 POSIÇÕES: TOTALMENTE LIVRE, TOTALMENTE BLOQUEADO E DIRECIONAL (TRAVANDO 1 DOS RODÍZIOS), PARA AUXILIAR NA MANOBRABILIDADE DA CAMA EM LINHA RETA/CORREDORES, COM DOIS PEDAIS DE AMBOS OS LADOS DA CAMA PARA ACIONAMENTO DOS FREIOS LOCALIZADOS NOS PÉS OU CABECEIRA DA CAMA. CAPACIDADE DE CARGA DE NO MÍNIMO 250KG. CPR ACIONADO POR BOTÃO DE ACIONAMENTO ELÉTRICO, ALAVANCA MANUAL PARA CPR/PCR LOCALIZADA NAS PARTES DO MEIO OU INFERIORES DA CAMA, FACILITANDO DE FORMA IMPORTANTE SEU ACIONAMENTO EM CASOS EMERGENCIAIS. CERTIFICAÇÃO CONTRA ENTRADA DE LÍQUIDOS COM INDICAÇÃO DE GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMA DE IPX4. ACOMPANHA COLCHÃO COMPATÍVEL COM DENSIDADE MÍNIMA DE 28. VIDA ÚTIL DA BATERIA DE NO MÍNIMO 3 ANOS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA. DEVERÁ APRESENTAR JUNTO A PROPOSTA DE PREÇO DOCUMENTO QUE CONSTE EXPLICITAMENTE A MARCA E O MODELO DO ITEM OFERTADO, ALÉM DO NÚMERO DE REGULARIZAÇÃO DO PRODUTO JUNTO À ANVISA; APRESENTAR CERTIFICAÇÃO NO INMETRO. MARCA: PRIOMA. FABRICANTE: CARETEK (CHINA) MEDICAL PLC. REGISTRO NO M.S: 81695960028

**Porte da empresa:** ME/EPP

38.482.591/0001-53	SKYLAB COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Sim	Sim	20	R\$ 100.000,0000	R\$ 2.000.000,0000	09/08/2023 17:28:38
--------------------	--	-----	-----	----	------------------	--------------------	------------------------

**Marca:** andrade inalamed

**Fabricante:** andrade inalamed

**Modelo / Versão:** andrade inalamed

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Descrição: Cama Hospitalar Material: Aço Inoxidável , Componentes: Cabeceira E Peseira Removíveis Plástico , Dimensão: Cerca De 2,00 X 0,90 M, Características Adicionais 01: Grades Escamoteáveis , Capacidade De Carga: Até 300 KG, Componentes 01: Altura Regulável, Bateria Recarregável , Rodas: Rodízios C/ Freios , Tipos De Acionamento: Controle Remot

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.000.000,0000	38.482.591/0001-53	10/08/2023 10:00:02:277
R\$ 370.000,0000	29.475.673/0001-80	10/08/2023 10:00:02:277
R\$ 283.835,8000	45.992.528/0001-22	10/08/2023 10:00:02:277
R\$ 283.835,8000	34.444.108/0001-95	10/08/2023 10:00:02:277
R\$ 283.835,8000	50.587.821/0001-44	10/08/2023 10:00:02:277
R\$ 283.820,0000	35.797.639/0001-24	10/08/2023 10:00:02:277
R\$ 283.820,0000	08.839.778/0001-09	10/08/2023 10:00:02:277
R\$ 283.820,0000	15.631.700/0001-51	10/08/2023 10:00:02:277
R\$ 283.800,0000	13.719.523/0001-34	10/08/2023 10:00:02:277
R\$ 282.000,0000	00.017.436/0001-93	10/08/2023 10:00:02:277
R\$ 280.000,0000	09.399.842/0001-32	10/08/2023 10:00:02:277
R\$ 277.000,0000	50.587.821/0001-44	10/08/2023 10:03:39:857
R\$ 278.000,0000	08.839.778/0001-09	10/08/2023 10:03:43:217
R\$ 283.800,0000	29.475.673/0001-80	10/08/2023 10:03:53:970
R\$ 277.200,0000	15.631.700/0001-51	10/08/2023 10:04:05:893
R\$ 274.100,0000	08.839.778/0001-09	10/08/2023 10:04:09:607
R\$ 274.200,0000	15.631.700/0001-51	10/08/2023 10:04:28:563
R\$ 246.380,0000	15.631.700/0001-51	10/08/2023 10:04:39:980
R\$ 271.359,0000	09.399.842/0001-32	10/08/2023 10:04:40:533
R\$ 243.916,2000	09.399.842/0001-32	10/08/2023 10:05:23:423
R\$ 240.000,0000	50.587.821/0001-44	10/08/2023 10:05:31:793
R\$ 237.600,0000	15.631.700/0001-51	10/08/2023 10:08:07:233
R\$ 235.000,0000	50.587.821/0001-44	10/08/2023 10:08:36:700
R\$ 232.650,0000	08.839.778/0001-09	10/08/2023 10:09:05:100
R\$ 229.000,0000	50.587.821/0001-44	10/08/2023 10:09:18:937

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	10/08/2023 10:00:04	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	10/08/2023 10:11:19	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	10/08/2023 10:11:19	Item teve empate real para o valor 283.835,8000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	10/08/2023 10:11:19	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	10/08/2023 10:40:42	Convocado para envio de anexo o fornecedor AGR COMERCIO E SERV LTDA, CNPJ/CPF: 50.587.821/0001-44.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	10/08/2023 11:00:29	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AGR COMERCIO E SERV LTDA, CNPJ/CPF: 50.587.821/0001-44.
Abertura do prazo - Convocação anexo	10/08/2023 11:15:08	Convocado para envio de anexo o fornecedor AGR COMERCIO E SERV LTDA, CNPJ/CPF: 50.587.821/0001-44.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	10/08/2023 11:36:37	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AGR COMERCIO E SERV LTDA, CNPJ/CPF: 50.587.821/0001-44.
Recusa de proposta	10/08/2023 12:05:32	Recusa da proposta. Fornecedor: AGR COMERCIO E SERV LTDA, CNPJ/CPF: 50.587.821/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 229.000,0000. Motivo: A empresa se equivocou na indicação da marca
Abertura do prazo - Convocação anexo	10/08/2023 12:10:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor D AQUINO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 08.839.778/0001-09.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	10/08/2023 12:18:42	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor D AQUINO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 08.839.778/0001-09.
Aceite de proposta	16/08/2023 14:40:01	Aceite individual da proposta. Fornecedor: D AQUINO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 08.839.778/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 232.650,0000 e com valor negociado a R\$ 206.580,0000. Motivo: Ajuste da proposta para o valor ofertado no item de ampla disputa.
Negociação de valor	16/08/2023 14:44:17	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: D AQUINO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 08.839.778/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 232.650,0000 Motivo: Ajuste do valor para equipar ao valor ofertado no item de ampla concorrência.
Negociação de valor	16/08/2023 14:44:41	Alteração na negociação da proposta. Fornecedor: D AQUINO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 08.839.778/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 232.650,0000 e com valor negociado a R\$ 206.580,0000. Motivo: Ajuste do valor para equipar ao valor ofertado no item de ampla concorrência.

Habilitação de fornecedor	16/08/2023 14:47:11	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: D AQUINO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - CNPJ/CPF: 08.839.778/0001-09
Registro de intenção de recurso	16/08/2023 14:54:19	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: MASTER MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF: 29475673000180. Motivo: De acordo com art. 44 do Decreto Federal n.º 10.024 de 20 de setembro de 2019, qualquer licitante pode apresentar recurso. Exercendo esse direito, registramos nossa in
Aceite de intenção de recurso	16/08/2023 15:43:38	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: MASTER MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 29475673000180.

**Intenções de Recurso para o Item**

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
29.475.673/0001-80	16/08/2023 14:54	16/08/2023 15:43	Aceito
<b>Motivo Intenção:</b> De acordo com art. 44 do Decreto Federal n.º 10.024 de 20 de setembro de 2019, qualquer licitante pode apresentar recurso. Exercendo esse direito, registramos nossa intenção de recurso em relação a Habilitação da primeira colocada, uma vez que não atende aos requisitos técnicos do TR e serão expostos na peça recursal.			

**Troca de Mensagens**

	Data	Mensagem
Sistema	10/08/2023 10:00:02	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/08/2023 10:00:03	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/08/2023 10:00:04	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/08/2023 10:11:19	O item 2 está encerrado.
Sistema	10/08/2023 10:11:19	O item 2 teve empate real para o valor 283.835,8000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	10/08/2023 10:23:41	O item 1 está encerrado.
Sistema	10/08/2023 10:23:41	O item 1 teve empate real para o valor 851.507,4000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	10/08/2023 10:23:53	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	10/08/2023 10:24:49	Prezados, bom dia! Em instantes farei a negociação direta.
Pregoeiro	10/08/2023 10:27:40	Conforme item 5.5 do Edital, incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Pregoeiro	10/08/2023 10:29:39	Para D AQUINO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - Prezado, bom dia! É possível ofertar mais um lance para o item 1?
08.839.778/0001-09	10/08/2023 10:31:01	Bom dia Srs.. Infelizmente estamos em nosso menor valor.
Pregoeiro	10/08/2023 10:32:06	Para D AQUINO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - ok. Obrigada!
Pregoeiro	10/08/2023 10:32:27	Para D AQUINO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - Farei a solicitação do anexo para o envio da proposta realinhada.
Sistema	10/08/2023 10:32:36	Senhor fornecedor D AQUINO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 08.839.778/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
08.839.778/0001-09	10/08/2023 10:32:38	Combinado. Obrigada!
Pregoeiro	10/08/2023 10:33:06	Para AGR COMERCIO E SERV LTDA - Prezado, bom dia! É possível ofertar mais um lance para o item 2?
Pregoeiro	10/08/2023 10:40:34	Para AGR COMERCIO E SERV LTDA - Considerando a ausência de resposta, será considerado o último lance ofertado. Sendo assim farei a convocação do anexo.
Sistema	10/08/2023 10:40:42	Senhor fornecedor AGR COMERCIO E SERV LTDA, CNPJ/CPF: 50.587.821/0001-44, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
50.587.821/0001-44	10/08/2023 10:40:43	Infelizmente, estamos no limite.
50.587.821/0001-44	10/08/2023 10:41:26	Farei o envio da proposta ajustada ao ultimo lance.
Pregoeiro	10/08/2023 10:42:05	Os anexos deverão ser encaminhados no prazo máximo de 120 minutos, conforme o item 5.28 do Edital.
Sistema	10/08/2023 11:00:29	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AGR COMERCIO E SERV LTDA, CNPJ/CPF: 50.587.821/0001-44, enviou o anexo para o item 2.
Sistema	10/08/2023	Senhor Pregoeiro, o fornecedor D AQUINO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS

	11:13:12	HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 08.839.778/0001-09, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	10/08/2023 11:14:58	Para AGR COMERCIO E SERV LTDA - Prezado, solicito envio de catálogo, para melhor análise da proposta.
Sistema	10/08/2023 11:15:08	Senhor fornecedor AGR COMERCIO E SERV LTDA, CNPJ/CPF: 50.587.821/0001-44, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Pregoeiro	10/08/2023 11:24:16	Para D AQUINO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - Prezado, solicito envio de catálogo, para melhor análise da proposta.
Sistema	10/08/2023 11:24:34	Senhor fornecedor D AQUINO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 08.839.778/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
08.839.778/0001-09	10/08/2023 11:26:11	Senhor, está anexado junto com a minha proposta, vocês querem que eu envie separado também?
Pregoeiro	10/08/2023 11:33:17	Para D AQUINO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - Se estiver junto da proposta, não precisa.
Sistema	10/08/2023 11:33:45	Senhor Pregoeiro, o fornecedor D AQUINO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 08.839.778/0001-09, enviou o anexo para o item 1.
08.839.778/0001-09	10/08/2023 11:34:09	Desculpa Srs, enviamos sem ver a mensagem, de qualquer forma, segue novamente rs
Sistema	10/08/2023 11:36:37	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AGR COMERCIO E SERV LTDA, CNPJ/CPF: 50.587.821/0001-44, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	10/08/2023 11:42:53	Para AGR COMERCIO E SERV LTDA - Verifiquei que consta na proposta a marca AGR e o catálogo enviado consta a marca D Aquino.
50.587.821/0001-44	10/08/2023 11:44:45	Houve um erro na digitação, na proposta.
50.587.821/0001-44	10/08/2023 11:46:30	Poderia abrir o anexo, para fazermos o ajuste.
50.587.821/0001-44	10/08/2023 11:52:47	Aguardo o retorno.
Pregoeiro	10/08/2023 11:56:57	Para AGR COMERCIO E SERV LTDA - Prezado, não consideramos erro material, e ainda, uma vez que houve quebra de sigilo não é permitido a alteração da marca ofertada. Sendo assim desclassificaremos sua proposta.
Pregoeiro	10/08/2023 11:57:35	Continuem conectados.
Pregoeiro	10/08/2023 12:10:04	Para D AQUINO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - Prezado, considerando a desclassificação da empresa anterior no item 2, solicitarei o anexo novamente para o envio da proposta realinhada contendo os itens 1 e 2. Devendo a mesma conter o menor valor unitário ofertado.
Sistema	10/08/2023 12:10:19	Senhor fornecedor D AQUINO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 08.839.778/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
08.839.778/0001-09	10/08/2023 12:10:31	Boa tarde, iremos encaminhar.
Sistema	10/08/2023 12:18:42	Senhor Pregoeiro, o fornecedor D AQUINO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 08.839.778/0001-09, enviou o anexo para o item 2.
08.839.778/0001-09	10/08/2023 12:19:00	Encaminhado Srs, proposta, catálogo e demais documentos necessários.
08.839.778/0001-09	10/08/2023 12:19:37	Senhores, irá suspender para almoço ou seguiremos?
Pregoeiro	10/08/2023 12:22:33	Para D AQUINO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - Suspendemos às 13h
08.839.778/0001-09	10/08/2023 12:23:21	Combinado Srs. Obrigada!
Pregoeiro	10/08/2023 12:26:54	Para D AQUINO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA - Considerando o envio do anexo e, por hora, não haver pendência, suspendemos a sessão.
Pregoeiro	10/08/2023 12:27:11	A continuação ficará marcada para o dia 16/08/2023 às 14:30. Registra-se que a data escolhida, se deve a agenda de licitações deste setor e do feriado deste município nos dias 14 e 15 de agosto.
Pregoeiro	16/08/2023 14:33:27	Prezados, boa tarde! Declaro a sessão aberta!
Pregoeiro	16/08/2023 14:35:21	Registra-se que após a análise da proposta, realizada pela secretaria requisitante, e da documentação de habilitação, a empresa D' AQUINO, restou classificada e habilitada e vencedora do certame. Em instantes faremos a formalização no sistema.
Sistema	16/08/2023 14:47:12	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	16/08/2023 15:18:10	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 16/08/2023 às 15:39:00.

**Eventos da Licitação**

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	24/02/2023 09:08:30	
Abertura da sessão pública	10/08/2023 10:00:02	Abertura da sessão pública

Julgamento de propostas	10/08/2023 10:23:53	Início da etapa de julgamento de propostas
Suspensão administrativa	10/08/2023 12:28:32	Previsão de reabertura: 16/08/2023 14:30:00; Suspensão para análise de documentos.
Reativação	16/08/2023 14:32:10	
Abertura do prazo	16/08/2023 14:47:12	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	16/08/2023 15:18:10	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 16/08/2023 às 15:39:00.

Data limite para registro de recurso: 21/08/2023.  
Data limite para registro de contrarrazão: 24/08/2023.  
Data limite para registro de decisão: 31/08/2023.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:44 horas do dia 16 de agosto de 2023, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

FLAVIA MARIA NOGUEIRA MATTOS  
**Pregoeiro Oficial**

LUCIANA DOS SANTOS SILVA DUARTE  
**Equipe de Apoio**

MARCOS ASSUMPCAO ANDRADE  
**Equipe de Apoio**

MIRIAM ABRANTES SALTI DE CARVALHO  
**Equipe de Apoio**



[Voltar](#)

