



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO: 90039/2025

PROCESSO N° 12922/2025

OBJETO: Aquisição de aparelho de Mamógrafo e monitor diagnóstico

Em atenção aos questionamentos apresentados pela empresa **IMEX MEDICAL**, cumpre-nos responder:

Questionamento:

Referente ao item n° 1 (Aparelho de mamógrafo), do pregão eletrônico n° 39/2025, o edital solicita que o equipamento seja “Compatível com exame de estereotaxia”. Não está claro se, o dispositivo de estereotaxia deve ser entregue com o equipamento.

Por gentileza, informar se o dispositivo de estereotaxia deve ser entregue juntamente com o equipamento, ou é aceitável que o equipamento seja fornecido inicialmente com a possibilidade futura de receber o upgrade para estereotaxia?

Essa informação é essencial para garantir a compatibilidade e o correto funcionamento do produto.

Resposta: De acordo com as respostas técnicas encaminhadas pela Subsecretaria de Atenção Especializada à Saúde, o sistema de estereotaxia NÃO precisa estar incluído e sim PREPARADO para aquisição futura.