



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO: 90039/2025

PROCESSO N° 12922/2025

OBJETO: Aquisição de aparelho de Mamógrafo e monitor diagnóstico

Em atenção aos questionamentos apresentados pela empresa **VMI MÉDICA**, cumpre-nos responder:

Questionamento:

É solicitado que o mamógrafo seja compatível com exame de estereotaxia, desta forma, deve estar incluso na proposta o acessório ou deve ser compatível para upgrade futuro?

Resposta: De acordo com as respostas técnicas encaminhadas pela Subsecretaria de Atenção Especializada à Saúde, o sistema de estereotaxia NÃO precisa estar incluído e sim PREPARADO para aquisição futura.